



Opole, dnia 18.02.2019 r.

Dotyczy pytań do postępowania "Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie jednej sztuki myjki – dezynfektora do naczyń sanitarnych oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi", nr sprawy TEO-074-1/1/2019 r. wniesionych pismem z dnia 14.02.2019 r.

1) Ad tabela lp.7 , 9 , 22 .

Biorąc pod uwagę, iż w pkt.9 tabeli z wymaganiami technicznymi przywołana została przez Zamawiającego zgodność oferowanego urządzenia z PN EN ISO 15883-3 „Myjnie-dezynfektory Część 3 : Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów do dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego” uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie myjki-dezynfektora nie wymagającej stosowania środków dezynfekcyjnych, których wykaz jest wymagany w pkt.7 i 22 . Myjnia dezynfektor, którą chcemy zaoferować wymaga jedynie stosowania niewielkich ilości środka odkamieniającego umożliwiając jednocześnie dezynfekcję termiczną na poziomie od Ao 60 do Ao 3000 .Jednocześnie dedykowany program mycia i dezynfekcji pozwala na mechaniczną eliminację spor Clostridii Difficile co potwierdza certyfikat z badania w niezależnym akredytowanym laboratorium.

2) Ad tabela lp.13 i 21

Prosimy o wyrażenie zgody na myjnię dezynfektor, której załadunek następuje przez otwarte drzwi komory myjącej na przedniej ścianie na której umieszcza się naczynia wraz z zawartością. Opróżnianie naczyń następuje po zamknięciu drzwi.

Drzwi komory na przedniej ścianie urządzenia są otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy otwieraniu i zamykaniu.

3) Ad tabela lp.23

Prosimy o wyrażenie zgody na standardowy dla myjni tego typu załadunek : równocześnie 1basen z przykrywką + jedna kaczka lub 3kaczki lub wiadro 20l lub naczynie do zbiórki moczu lub inne naczynia sanitarne

4) Ad tabela lp.32

Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty na myjnię dezynfektor o wymiarach szerokości 450 mm i głębokość: 500 mm o wysokości 1730mm.

Uzasadnienie: Myjnia wyższa nie zajmuje większej powierzchni, a posiada drzwi komory na optymalnej wysokości zapewniającej ergonomijną obsługę urządzenia.

5) Ad tabela lp. 31

Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający wymaga podłączenia środków myjących i dezynfekujących mieszczących się wewnątrz myjki prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjni dezynfektora z zamontowaną **jedną pompą** dozującą wyłącznie środek chemiczny odkamieniający do systemu obiegu wody, czy też oczekuje urządzenia z dwoma pompami z których jedna dozuje środek odkamieniający a druga środek myjący?

Odpowiedź:

Zamawiający przygotowując Opis przedmiotu zamówienia kierował się zasadą, iż przedmiot zamówienia powinien zaspokajać potrzeby użytkowe Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zmian do dokumentu pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”.

Kierownik
Działu Eksploatacyjno-Technicznego

Dariusz J. Sitko

Dyrektor Generalny

Dariusz Madara