

Załącznik nr 1. Opis przedmiotu Zamówienia

	Minimalny zakres prac objętych przeglądem	Parametr wymagana	Parametr oferowany
1	<p>Wymiana zestawów serwisowych 5000 h nr kat. 6532621 szt. 23 w aparatach</p> <p>Oddział Kardiochirurgii Servo i (szt. 7) rok prod. 2010 1. 48957 2. 48958 3. 48959 4. 48960 5. 48961 6. 48962 7. 48963</p> <p>Oddział Neurochirurgii Servo s (szt. 7) rok prod. 2010 1. 17081 2. 17082 3.17083 4. 17084 5. 17085 6. 17086 7. 17087 O.A.il.T.</p> <p>Servo i (szt. 3) rok prod. 2006 1. 21516 2. 21517 3. 21559</p> <p>O.I.T.D.i N. Servi i (szt. 2) rok prod. 2009 1. 43133 2. 43134</p> <p>Servo i (szt. 4) rok prod. 2010 1. 50776 2. 50777 3. 50778 4. 50779</p>	Tak	
2	Pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi (należy dołączyć wynik pomiarów)	Tak	
3	Wymiana membran w kasetach wydechowych szt. 23 nr kat. LPL00027	Tak	
4	Wymiana komór tlenowych szt. 2 nr kat. 6640044	Tak	
5	Czyszczenie filtrów wentylatora	Tak	
6	Kasowanie inspekcji przeglądu w respiratorach przy pomocy karty serwisowej	Tak	
7	Wpis do paszportów technicznych	Tak	