

Załącznik nr 1.2 Opis przedmiotu Zamówienia

	Minimalny zakres prac objętych przeglądem	Parametr wymagana	Parametr oferowany
1	Wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat / dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętnościach w zakresie serwisowania aparatury medycznej z godnie z przedmiotem usługi wydane przez producenta aparatury medycznej lub jego autoryzowanego przedstawiciela	Podać osobę	
2	Wpis do paszportów technicznych	Tak	
Przegląd			
Wykaz aparatów:			
Fresenius 4008S:			
1. 6SXAJY86			
2. 6SXAJY40			
3. 5SXAEP90			
4. 7VCAGU01			
5. 7VCAGU11			
6. 6VCACH49			
7. 7VCAGT97			
8. 9VCAPU14			
9. 4VCAT628			
10. 4VCAT631			
11. 0VCAUH68			
Fresenius 5008S:			
1. 5VSAV160			
1	wymiana zestawu serwisowego	Tak	
2	pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi (należy dołączyć wyniki pomiarów)	Tak	
3	wykonanie testów TSC+MA	Tak	
4.	wykonanie pomiarów przewodności	Tak	
5.	przegląd układu pneumatyki	Tak	
6.	dezynfekcja termiczna	Tak	