



Opole, dnia 20.05.2019r.

TLZP/2-23/233/24/207 /2019

Wykonawcy

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę podłoży do posiewów krwi wraz z dzierżawą kompatybilnego analizatora do monitorowania posiewów przez okres 36 miesięcy oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi Znak sprawy TLZP/2-23/233/24/2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert na podstawie art. 186. 1.2 Ustawy Pzp w związku z art. 92. 1 Ustawy Pzp informuje o :

1) odrzuceniu oferty nr 01. Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami SIWZ. Zamawiający w parametrach wymaganych butelek z podłożami pkt 1 postawił warunek: „Butelki dla dorosłych muszą nadawać się do posiewania krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego”.

Oferta przedstawiona przez Wykonawcę nie spełnia przedstawionego w SIWZ wymogu. Zgodnie z załączoną do oferty instrukcją techniczną, butelki te nadają się tylko do posiewu krwi.

2) odrzuceniu oferty nr 02. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp jako niezgodnej z warunkami SIWZ. Zamawiający w parametrach granicznych bezwzględnych wymaganych dla aparatu do hodowli i ciągłego monitorowania posiewów krwi i innych płynów ustrojowych pkt 1 postawił warunek: „Aparat najnowszej generacji spośród oferowanych przez firmę”.

Oferta przedstawiona przez Wykonawcę nie spełnia wymogów granicznych przedstawionych w SIWZ, gdyż nie został zaofferowany aparat najnowszej generacji spośród oferowanych przez Wykonawcę.

Wykonawca zaproponował aparat BactAlert 3D 240, będący w ofercie firmy od wielu lat, podczas gdy najnowszym aparatem, oferowanym przez Wykonawcę, jest BACT/ALERT VIRTUO.

Aparat ten przedstawiany jest przez Wykonawcę na wystawach, konferencjach oraz na stronie


Internetowej Wykonawcy jako analizator bardzo wszechstronny, dopasowany do każdego laboratorium, który dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym, ogranicza czas potrzebny do opracowania materiału i podnosi wydajność laboratorium.

3)Unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93.1.1 Ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. W postępowaniu wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

Uczestnicy postępowania:

01. Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

02. bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa


Dyrektor Generalny
Dariusz Madera